

## **İNFÜZYON IV POMPA SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

1. Setin serum şişesi veya torbasına girecek kısmı sivri olmalı ve kolay kırılmamalıdır.
2. Setin damla haznesi bulunmalı ve bu haznede en az 15 mikrolitrelik bir filtresi bulunmalıdır.
3. Set infüzyon pompası ve infüzyon pompasız kullanıma uygun olmalıdır.
4. Setin uzunluğu en az 175 cm olmalı ve şeffaf yapıda olmalıdır.
5. Set şeffaf yapıda veya ışıktan korumalı veya amber renkte imal edilmiş olmalıdır.
6. Setin yapısı gereği büküldüğünde eski haline kolayca dönebilmelidir.
7. Set latex içermemeli, PVC ham maddeden yapılmış olmalıdır.
8. İlaç ile etkileşime girmeyecek şekilde, TOTM veya NO DEHP standardı bulunmalıdır.
9. Set steril tekli pakette bulunmalıdır.
10. Setin üzerinde veya kutusunun üzerinde barkod numarası bulunmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, Lot numarası ve ürünün içeriği belirtilmelidir.
12. Kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe ve okunabilir olmalıdır.
13. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalıdır.
14. Uluslararası kalite belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
15. Setler kullanılacak olan cihazlara uyumlu olmalıdır.
16. Set üzerinde, kontrolsüz akış (serbest akış) engelleyen roller klemp bulunmalıdır.