

PERFÜZÖR ŞİRINGASI (ENJEKTÖRÜ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Enjektör, polipropilen silindirik olmalıdır.
2. Enjektör, lateks içermemelidir
3. Enjektörde, çift emniyet halkalı piston olmalıdır.
4. Enjektörde, minimal kalan volüm olmalıdır.
5. Enjektör, rahat okunabilir ve silinmeye dayanıklı işaretli olmalıdır.
6. Enjektör, çevirmeli kilit bağlantılı olmalıdır.
7. Enjektör, şeffaf yapıda 10ml, 20 ml ve 50 ml olmalıdır. 50ml perfüzör enjektörü, şeffaf veya ışıktan korumalı veya amber renkte veya ışık geçirmez yapıda olmalıdır.
8. Enjektör, etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
9. Enjektörlerin piston arkası tüm enjektörlü infüzyon cihazlarına uyacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
10. Enjektör ve setler kullanım sırasında sızdırmaya yol açmayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
11. Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe ve okunabilir olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, Lot numarası, ürünün içeriği hakkındaki bilgiler belirtilmelidir.
13. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
14. Uluslararası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
15. Teslim edilecek enjektör ve line'ların UBB kodları farklı olmalıdır.